



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

AKTİF MADDE İÇERMİYEN BİYOSİDAL ÜRÜNLER
BİLDİRİM KAYIT BELGESİ

Bildirim No	078	Bildirim Tarihi:	26.07.2021
İmalatçı veya İthalatçı Adı	MCC MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ENDÜSTRİYEL MAKİNE BİLGİSAYAR ELEKTRONİK AR-GE DANIŞMANLIK TARIMSAL ANALİZ LABORATUVARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.		
İmalatçı veya İthalatçı Adresi	Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulv. Uluğbey AR-GE Binası Bodrum Kat No:1/L Konyaaltı/ANTALYA		
İmalat Yeri Adı ve Adresi	MCC MEDİKAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ ENDÜSTRİYEL MAKİNE BİLGİSAYAR ELEKTRONİK AR-GE DANIŞMANLIK TARIMSAL ANALİZ LABORATUVARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulv. Uluğbey AR-GE Binası Bodrum Kat No:1/L Konyaaltı/ANTALYA		
Vergi Dairesi	Antalya Kurumlar		
Vergi No	6130728770		

S/N	MARKA	MODEL	TEMAS SÜRESİ	HEDEF ORGANİZMA
1	Coronavirus Termal İnaktivatörü	Coronavirus-0001	Cihaz içerisinden geçen havaya; 150 °C'de toplam 5 dakika maruziyette 220 °C'de toplam 5 dakika maruziyette	SARS-CoV-2 (COVID-19) (%99.9) SARS-CoV-2 (COVID-19) (%99.999)

*Havanın cihaz içerisinden geçme süresi yaklaşık 1.5 saniyedir. Cihaza verilen havanın debisi Q=10 Litre/Dakika =0.1666 Litre/Saniye

02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aktif Madde İçermeyen Biyosidal Ürünler Tebliği" gereği yukarıda adı geçen ürünlerin bildirim kaydı kabul edilmiştir.

Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı